Kontrolle des Aufbaus der Orthese am Patienten – statisch

1. Frage:
Ist ein freihändiges, aufrechtes Stehen ohne weitere Hilfsmittel möglich?

2. Frage:
Ist eine Vorverlagerung des Schwerpunkts möglich?



Wenn eine dieser Fragen mit Nein beantwortet wird, sind weitere Einstellungen notwendig.
Diese sollten immer auf der Werkbank erfolgen, nicht mit angelegter Orthese!

Weitere Informationen finden Sie in den Online-Tutorials.
www.fior-gentz.de/online-tutorials

PR2342-DE/GB-2026-03