



Pos.	12 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB8559-L0930	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3a	SJ9021-E000	butée d'extension de 0°	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
3	SK9521-E005	butée d'extension de 5°				
3b	SK9521-E010	butée d'extension de 10°				
3c	SK9521-E020	butée d'extension de 20°				
3d	SK9521-E030	butée d'extension de 30°				
4	GS1609-040	rondelle de friction, Ø = 16 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS1609-045					
4	GS1609-050					
4	GS1609-055					
4	GS1609-060					
5	PN1000-L05/5	amortisseur de la butée d'extension	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6a	BP1009-L050	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7	SK0191-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite, aluminium	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SK0191-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite, aluminium	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SC1404-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
9	SC1405-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)				
Ancre modulaire et montants modulaires						
10	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient