

Patientenkommission/Konfigurations-ID:

Seriennummer Funktionseinheit: Rechnungsdatum:

1. Wartung nach 6 Monaten (ab Rechnungsdatum)

Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Erledigt	Datum
8a	SL0355-11	Rolleneinheit	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	
8b	SL0355-12	Luftfilter	Verschmutzung	austauschen	<input type="checkbox"/>	
9	SL0355-01	Führungsstück	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Orthopädietechnikers

2. Wartung nach 12 Monaten (ab Rechnungsdatum)

Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Erledigt	Datum
7	SL0365-L oder SL0365-R	0° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	
7	SL0365-2L oder SL0365-2R	5° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	
7	SL0365-4L oder SL0365-4R	10° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	
8a	SL0355-11	Rolleneinheit	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	
8b	SL0355-12	Luftfilter	Verschmutzung	austauschen	<input type="checkbox"/>	
9	SL0355-01	Führungsstück	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Orthopädietechnikers

3. Wartung nach 18 Monaten (ab Rechnungsdatum)

Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Erledigt	Datum
3	siehe Wartungsplan	Gleitscheibe, Ø = 24 mm	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	
5	VE3771-012/26	O-Ring-Dämpfer	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	
7a	BP1211-L077	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	
8a	SL0355-11	Rolleneinheit	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	
8b	SL0355-12	Luftfilter	Verschmutzung	austauschen	<input type="checkbox"/>	
9	SL0355-01	Führungsstück	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Orthopädietechnikers

Patientenkommission/Konfigurations-ID:

Seriennummer Funktionseinheit: Rechnungsdatum:

4. Wartung nach 24 Monaten (ab Rechnungsdatum)

Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Erledigt	Datum
7	SL0365-L oder SL0365-R	0° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	
7	SL0365-2L oder SL0365-2R	5° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	
7	SL0365-4L oder SL0365-4R	10° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	
8a	SL0355-11	Rolleneinheit	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	
8b	SL0355-12	Luftfilter	Verschmutzung	austauschen	<input type="checkbox"/>	
9	SL0355-01	Führungsstück	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Orthopädietechnikers

5. Wartung nach 30 Monaten (ab Rechnungsdatum)

Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Erledigt	Datum
8a	SL0355-11	Rolleneinheit	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	
8b	SL0355-12	Luftfilter	Verschmutzung	austauschen	<input type="checkbox"/>	
9	SL0355-01	Führungsstück	Verschleiß	austauschen	<input type="checkbox"/>	

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Orthopädietechnikers